

防疫物资采购评分表

| 序号 | 评分因素及权值 | | 分值 | 评分标准 | 评分 | | |
|----|------------|------|-----|---|----|--|--|
| 1 | 经济部分 (30%) | | 30 | 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权重 (本次招标内价格权重为30%) × 100。例：三家投标公司A B C，其中A司投标价最低即为评标基准价，A司得分30分；B司得分计算方式如下：A司投标价/B司投标价*30%*100有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。价格权重是指价格分分值所占百分比 | | | |
| 2 | 技术部分 (60%) | 产品参数 | 20 | 免洗手消毒液： 1. 以乙醇和异丙醇为有效成分的消毒液，乙醇含量55%±5% (w/w)，异丙醇含量5%±1% (w/w)； 2. PH值范围5.9-7.5； 3. 铅砷汞含量均需<0.011mg/kg； 4. 可杀灭肠道致病菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌，可灭活人类冠状病毒229E； 含量参数均符合标准参数得16分，低于标准参数或超出参数范围不得分。 5. 有疾控中心检测报告加4分； | | | |
| | | | 20 | 消毒泡腾片： 1. 有效氯含量50%±3.5%； 2. 37℃90天存放有效氯含量下降率<10%； 3. PH值范围6.7-7； 4. 有效氯浓度含量250mg/L作用15min对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥5.00；有效氯浓度含量3000mg/L作用15min对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥5.00； 含量参数均符合标准参数得16分，低于标准参数或超出参数范围不得分。 5. 有疾控中心检测报告加4分； | | | |
| | | | 20 | 红外额温计： 1. 立式测温； 2. 测量时间：0.5"； 3. 测量精度：±0.2℃； 4. 工作环境温度10℃-40℃； 5. 记忆组≥30； 6. 测量范围：人体温度34℃-42.9℃； 7. 运输及存储环境：0℃-50℃； 技术参数符合标准参数得16分，低于标准参数或超出参数范围不得分； 8. 具备二类医疗器械注册证件加4分 | | | |
| 3 | 商务部分 (10%) | 资质 | 10 | 投标人自2021年以来有相关防疫物资合作项目，2分。 投标人具有9001质量管理认证，4分。 投标人具有二类医疗器械经营证书，4分。 | | | |
| 总分 | | | 100 | | | | |